



**baumeister
& schack**

Einbauerklärung/ Declaration of Conformity

Dokumentationsbevollmächtigter Document representative

Hersteller/ manufacturer Baumeister & Schack GmbH & Co. KG
Martinstr. 6
D-72336 Balingen

Tel. +49 7433 1456 - 0
Fax +49 7433 1456 - 50

Jens Baumeister
Martinstr. 6
D- 72336 Balingen

Tel. +49 7433 1456 - 16
Fax +49 7433 1456 - 50

Produkt/ product Hubsäule/ lifting column: **Hubsäule Produktfamilie Visolift**
Typ/ type: **V... / VB... / VS... / VA... T260...**

Dies betrifft alle seit dem 01.02.2015 gefertigten Produkte./ This affects all products produced since 01.02.2015.

Erklärung/ Declaration :

Das Produkt ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit den folgenden Richtlinien und Normen (oder Teilen daraus). Die speziellen technischen Unterlagen gemäß der Maschinenrichtlinie Anhang VII Teil B wurden erstellt./ The product is developed, engineered and manufactured according the following directives and harmonized norms (or parts of them). The special technical documentation according to the Machinery Directive Annex VII Part B has been prepared.

Geltende Richtlinien / valid directives :

2006/42/EG:2006 Maschinenrichtlinie/ machine directive
Nach Anhang I sind erfüllt/According to Annex I are fulfilled 1.1.5; 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.3.7.; 1.3.8.; 4.1.2.3.; 4.1.3.; 4.3.2.
2014/30/EG:2014 EMV-Richtlinie/ EMC directive
2014/35/EU:2014 Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage directive

Angewandte Normen (oder Teile daraus)/ Realized harmonized norms (or parts of them)

DIN EN ISO 12100:2011 Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsgrundsätze, Risikobeurteilung und Risikominderung Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design
DIN EN 60601-1 Medizinische elektrische Geräte – Teil 1 Medical electrical equipment - Part 1
DIN EN 60601-1-2 Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Störgrößen - Anforderungen und Prüfungen Medical electrical equipment - Part 1-2
IEC 60601-1-6 Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-6: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit Medical electrical equipment - Part 1-6
IEC 62366 Medizinprodukte - Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte Gebrauchstauglichkeit Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
IEC 60601-1-11 Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-11: Allgemeine Festlegungen für die Basissicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm: Anforderungen an medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme für Anwendungen im häuslichen Bereich Medical electrical equipment - Part 1-11
DIN EN 60601-2-52 Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-52: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Betten Medical electrical equipment - Part 2-52

Diese unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht. This partly complete machinery must not be put into operation before if it is found that the completed machinery in which the partly complete machinery shall be installed complies to this directive.

Name : Jens Baumeister Dipl.-Ing.(FH)
Position : Geschäftsführender Gesellschafter / Managing Director
Balingen, den 12.02.2019
Ort und Datum/ place and date

Unterschrift/ signature